

CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRAS EN LABORATORIO

Centro de Investigaciones Microbiológicas del Cesar

Dirección: Calle 16C #19D – 14 Barrio Dangond (Valledupar– Cesar – Colombia)

Teléfono: 5800126 – 5806696 – 301288735

email: cimcecorreo@gmail.com

Criterios de rechazo de muestras en Laboratorio



CONDICIÓN DE RECHAZO	DEFINICIÓN
Muestra coaguladas	Muestras obtenidas en tubos con anticoagulantes, que presentan coágulos o micro coágulos.
Confirmar resultado	Rechazo indicado por el Laboratorio cuando el resultado no concuerda con la clínica del paciente o con resultados previos del examen.
Formulario o Consentimiento incompleto	Falta información en el consentimiento informado o en el formulario asociado al examen
Falta formulario o consentimiento	Muestra no se acompaña del consentimiento informado o sin el formulario asociado al examen.
Etiquetas defectuosas	Falla en la etiqueta que impide la correcta recepción y proceso del examen (información incompleta, etiqueta mal pegada, datos no visibles, posición de la etiqueta, etc.)

Criterios de rechazo de muestras en Laboratorio



CONDICIÓN DE RECHAZO	DEFINICIÓN
Falta la muestra	No se envía muestra al Laboratorio para examen solicitado
Hemólisis	Muestras que presentan el suero o plasma rojizo después de ser centrifugadas.
Muestras derramadas	Muestras fuera del contenedor
Muestras escasas	Muestras cuyo volumen es menor al volumen mínimo requerido.
Muestras que no cumplen condiciones de transporte	Muestras trasladadas en condiciones que alteran su estabilidad: • Tiempo de traslado excede el máximo permitido. • Temperatura de traslado no corresponde.
Recipientes de colección defectuosos	Tubos, placas, láminas quebrados(as) Tarjetas plegadas o abiertas.

Criterios de rechazo de muestras en Laboratorio



CONDICIÓN DE RECHAZO	DEFINICIÓN
Muestras lipémicas	Muestras que presentan el suero o plasma con turbidez.
Muestras mal rotuladas	Muestras cuya identificación no corresponde a la registrada en la orden de examen. Rótulo no corresponde al paciente.
Muestras sin rótulo	Que carecen de la identificación del paciente.
Muestras inadecuadas	Muestras que no cumplen con condiciones de toma de muestra : • Tubo o recipiente no corresponde al examen solicitado • Desproporción muestra / anticoagulante • Recipiente sin fotoprotección. • Colección inadecuada (orina de 24 Hrs., etc.) • Colección sin preservante • Tipo de muestra no corresponde al examen solicitado
Muestra fuera de horario	Horario en que fue tomada la muestra no corresponde al horario de toma de muestra definido para examen.